



МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ
(РОСАККРЕДИТАЦИЯ)**

П Р И К А З

04 ноября 2018 г. Москва № ЗК 1-2213

О подтверждении компетентности, расширении области аккредитации и изменении места осуществления деятельности Акционерного общества «Газпром газораспределение Пермь»

В соответствии с пунктом 1 части 28 статьи 17, пунктом 1 части 19 статьи 24 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе аккредитации», постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2011 г. № 845 «О Федеральной службе по аккредитации» по результатам проверки акта экспертизы соответствия Акционерного общества «Газпром газораспределение Пермь» критериям аккредитации (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.310272, далее – Аккредитованное лицо) критериям аккредитации п р и к а з ы в а ю:

1. Подтвердить компетентность Аккредитованного лица (дело о предоставлении государственной услуги от 17 августа 2018 г. № 12882-ГУ).
2. Утвердить область аккредитации Аккредитованного лица в связи с изменением места осуществления деятельности.
3. Аккредитовать Акционерное общество «Газпром газораспределение Пермь» в дополнительной (расширяемой) области аккредитации.
4. Утвердить дополнительную (расширяемую) область аккредитации Аккредитованного лица.
5. Внести сведения о подтверждении компетентности, расширении области аккредитации и изменении места (мест) осуществления деятельности Аккредитованного лица в реестр аккредитованных лиц.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника Управления аккредитации Д.А. Макаренко.

Заместитель Руководителя



А.Г. Литвак



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ

№ 0010370

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ

№ ROSS RU.0001.310272 выдан 27 июля 2017 г.

номер аттестата аккредитации и дата выдачи

Настоящий аттестат выдан Акционерному обществу «Газпром газораспределение Пермь»;

наименование и ИНН (СНИЛС) заявителя

ИНН: 5902183841

614990, РОССИЯ, Пермский край, г. Пермь, ул. Петропавловская, 43

место нахождения (место жительства) заявителя

и удостоверяет, что Акционерное общество «Газпром газораспределение Пермь»;

наименование

614012, РОССИЯ, Пермский край, г. Пермь, ул. Карпинского, 99

адрес места (мест) осуществления деятельности

соответствует требованиям: ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009

аккредитован(о) в области обеспечения единства измерений для выполнения работ и (или) оказания услуг по поверке средств измерений; в соответствии с областью аккредитации, область аккредитации определена в приложении к настоящему аттестату и является неотъемлемой частью аттестата.

Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 03 мая 2017 г.

(Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице)

М.П.

Руководитель (заместитель Руководителя)
Федеральной службы по аккредитации

А.Г. Литвак
инициалы, фамилия

подпись

Руководитель (заместитель руководителя)
м.п. Федеральной службы по аккредитации

подпись

инициалы, фамилия

Приложение
к аттестату аккредитации
№ РОСС RU.0001.310272

от « 07 » 2018 г.
на 2 листах, лист 1

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

Акционерное общество «Газпром газораспределение Пермь»

наименование юридического лица или фамилия, имя и отчество (в случае, если имеется) индивидуального предпринимателя

614000, РФ, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 107А

адрес места осуществления деятельности

Поверка средств измерений

ГНЖ

шифр поверительного клейма

№ п/п	Измерения, тип (группа) средств измерений	Метрологические требования		Примечание
		диапазон измерений	погрешность и (или) неопределенность измерений (класс, разряд)	
1	2	3	4	5
Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ				
1	Счетчики газов типов G 2,5; G 4; G 6; G 10; G 16	(0,025-25) м ³ /ч	ПГ ±3,0 % ПГ ±1,5 %	
2	Счетчики газов типов G 1,6 в диапазоне расходов, воспроизводимых установкой СПУ-3	(0,025-25) м ³ /ч	ПГ ±3,0 % ПГ ±1,5 %	
Измерения давления, вакуумные измерения				
3	Манометры	(0-2,5) кгс/см ² (0-0,25) МПа (0-250) кПа	КТ 0,6 - 4,0	
4	Манометры	(0,4-6) кгс/см ² (0,04-0,6) МПа (40-600) кПа	КТ 0,6 - 4,0	
5	Манометры	ВПИ (1-60) кгс/см ² ВПИ (0,1-6) МПа	КТ 0,6 - 4,0	
6	Напоромеры	(0,02-40) кПа	КТ 0,6 - 4,0	

1	2	3	4	5
7	Тягонапоромсры	(минус 20 - 20) кПа	КТ 0,6 - 4,0	
Измерения физико-химического состава и свойств веществ				
8	Газоанализаторы одного не горючего компонента (CO)	(0-200) мг/м ³	ПГ ±(10-25) %	
9	Газоанализаторы одного углеводорода в воздухе (CH ₄ , C ₃ H ₈ и др.)	(0-2,5) % об. (0-50) % НКПР	ПГ ±0,10 % об. ПГ ±5 % НКПР	
10	Газоанализаторы двух и более горючих и токсичных компонентов в воздухе (CH ₄ , C ₃ H ₈ , CO, O ₂ и др.)	(0-2,5) % об. (0-50) % НКПР (0-200) мг/м ³ (0-25) % об.	ПГ ±5 % ПГ ±5 % НКПР ПГ ±(10-5) % об. ПГ ±0,5 % об.	

Генеральный директор АО «Газпром газораспределение Пермь»



С.Б. Черезов

Руководитель (заместитель руководителя)

м.п. Федеральной службы по аккредитации

подпись

инициалы, фамилия

Приложение
к аттестату аккредитации
№ РОСС RU.0001.310272

от « 07 » 11 2011 г.
на 2 листах, лист 1

Дополнение № 2

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

Акционерное общество «Газпром газораспределение Пермь»

наименование юридического лица или фамилия, имя и отчество (в случае, если имеется) индивидуального предпринимателя

614000, РФ, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 107А

адрес места осуществления деятельности

Поверка средств измерений

ГНЖ

(цифр поверительного клейма)

№ п/п	Измерения, тип (группа) средств измерений	Метрологические требования		Примечание
		диапазон измерений	погрешность и (или) неопределенность измерений (класс, разряд)	
1	2	3	4	5
Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ				
1	Преобразователи, расходомеры, счетчики объемного расхода газа	(0,6 – 2500) м ³ /ч	ПГ ±(0,9-6,0) %	
2	Ротаметры	(0,025 – 25) м ³ /ч	ПГ ±(0,9-10) %	
3	Корректоры объема газа, контроллеры, вычислители количества газа, теплоэнергоконтроллеры, преобразователи расчетно-измерительные, вычислители расхода энергоресурсов	(0 – 7,5) МПа (0 – 0,040) МПа [(-30) – 60] °C (1·10 ⁻⁶ – 100) м ³ /с (0 – 20) мА (0 – 10) В (0 – 20000) Гц	ПГ ±(0,075 – 0,5) % ПГ ±(0,01 – 2,5) % ПГ ±(0,1 – 1,5) % ПГ ±0,1 %	
4	Корректоры газа	(0 – 25) МПа (0 – 1000) Гц [(-60) – 100] °C	ПГ ±(0,1 – 1,0) % ПГ ±(0,01 – 1,0) % ПГ ±(0,1 – 1,0) °C	
5	Комплексы измерительные	(0-25) МПа [(-60) – 100] °C (1·10 ⁻⁶ – 100) м ³ /с	ПГ ±(0,05 – 1,0) % ПГ ±(0,1 – 1,0) °C ПГ ±(0,01 – 4,0) %	
6	Комплексы для измерения количества газа	(0 – 99999999,9) м ³	ПГ ±(0,9 – 4,0) %	

1	2	3	4	5
Измерения давления, вакуумные измерения				
7	Манометры, вакуумметры, датчики давления, преобразователи давления (разности давлений) измерительные	$[(-0,1) - 25]$ МПа	ПГ $\pm(0,075 - 4) \%$	
Измерения физико-химического состава и свойств веществ				
8	Газоанализаторы одного не горючего компонента в воздухе (СО)	$(0-20)$ мг/м ³ $(20-500)$ мг/м ³	ПГ ± 5 мг/м ³ ПГ $\pm(10 - 25) \%$	
9	Газоанализаторы одного горючего и токсичного компонента в воздухе (СН ₄ , С ₃ Н ₈)	$(0 - 5) \%$ об. $(0 - 100) \%$ НКПР	ПГ $\pm 0,10 \%$ об. ПГ $\pm(4 - 10) \%$ НКПР	
10	Газоанализаторы двух и более горючих и токсичных компонентов в воздухе: СН ₄ , С ₃ Н ₈ СО О ₂	$(0-5) \%$ об. $(0-100) \%$ НКПР $(0-20)$ мг/м ³ $(20-500)$ мг/м ³ $(0-25) \%$ об.	ПГ $\pm 0,10 \%$ об. ПГ $\pm(3-10) \%$ НКПР ПГ ± 5 мг/м ³ ПГ $\pm(10 - 25) \%$ ПГ $\pm 0,5 \%$ об.	
Теплофизические и температурные измерения				
11	Термопреобразователи (термометры) сопротивления	$[(-196) - 600] ^\circ\text{C}$	КД АА, А, В, С	
12	Преобразователи термоэлектрические из неблагородных металлов	$[(-60) - 100] ^\circ\text{C}$	КД 1, 2, 3	
13	Термометры показывающие	$[(-60) - 100] ^\circ\text{C}$	ПГ $\pm(0,03 - 10) ^\circ\text{C}$	
14	Термопреобразователи с унифицированным выходным сигналом	$[(-60) - 100] ^\circ\text{C}$	КТ (0,25 – 2,5)	
Измерения электротехнических и магнитных величин				
15	Устройства для воспроизведения параметров катодной защиты «Тверца – 900»	$(0 - 60)$ В $(0 - 15)$ А 0,001 Ом	ПГ $\pm 0,5$ В ПГ $\pm 0,15$ А	

Генеральный директор АО «Газпром
газораспределение Пермь»



М.П.

С.Б. Черезов